

WORK REPORT

Messr.

Job No. 2516
Date : 31st Mar 2016
Location : Singapore IPL

	Description
Subject:	CLIBRATION ITEMS
	<p><u>Scope of Work Quoted</u></p> <p>Scope of work provided with supervision, approved engineer, clibration tools and equipment and land transportation to clibrate the following clibrator in Shanghai port as per requirement.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. carried out calibrating for below calibrator and issued report <ol style="list-style-type: none"> a. Temperature calibarator (MTC High) b. Pressure Calibrator (MPC 140) c. Pressure Calibrator (MPC 15) 2. Applied boarding pass in port terminal 3. Provided transportation to/fro Yangshan terminal

Temperature Calibrator (MTC High)

沪东中华造船(集团)有限公司
H.&Z. SHIPBUILDING(GROUP)CO.,LTD.
检测报告
TEST REPORT

报告编号 16WL033101
Report No.

委托者
Customer

计量器具名称
Name of sample Temperature Calibrators

型号/规格
Model/Type MTC HIGH (50 ~ 600)°C

制造厂
Manufacturer AMETEK

器具编号
No. Of sample 502085-01589

检测结论
Professional Judgement ---

检测日期 2016 年 03 月 31 日
Date of Test Year Month Day

检测
Tested by 王立
核校
Checked by 包惠青
报告批准人
Approved signaturer

检测数据/结果
Data/Result of Test 22.8°C 57.4%RH

Set Temp. 设定温度 (°C)	Display Temp. 显示温度 (°C)	Standard Temp. 实际温度 (°C)
100	100	97.67
200	200	196.62
300	300	296.38
400	400	396.68
500	500	496.68
550	550	546.71

以下空白
BELOW EMPTY

Pressure Calibrator (MPC 140)

沪东中华造船(集团)有限公司
H.&Z. SHIPBUILDING(GROUP)CO.,LTD.
检测报告
TEST REPORT

报告编号 16WL033102
Report No.

委托者
Customer

计量器具名称
Name of sample Pressure Calibrator

型号/规格
Model/Type MPC-140 (0~140)BAR

制造厂
Manufacturer AMETEK

器具编号
No. Of sample 514443-00581

检测结论
Professional Judgement Conformity : ±0.05% F.S

检测日期 2016 年 03 月 31 日
Date of Test Year Month Day

检测
Tested by 王立
核校
Checked by 林浩
报告批准人
Approved signaturer

检测数据/结果
Data/Result of Test 22.8°C 57.4%RH

Standard Value (bar)	Calibration Instruments (bar)	Standard Value (bar)	Calibration Instruments (bar)
UP		DOWN	
0	0.00	0	0.00
50	49.96	50	49.95
100	99.96	100	99.96
140	139.97	140	139.96
Standard Value (mA)	Calibration Instruments (mA)	Standard Value (V)	Calibration Instruments (V)
4	4.005	5	5.000
12	12.003	10	10.001
20	20.005	20	20.003

Pressure Calibrator (MPC 15)

沪东中华造船(集团)有限公司
H.&Z.SHIPBUILDING(GROUP)CO.,LTD.
检测报告
TEST REPORT

报告编号 16WL033103
Report No.

委托者
Customer _____

计量器具名称 Pressure Calibrator
Name of sample _____

型号/规格 MPC-15 (0~15)BAR
Model/Type _____

制造厂 AMETEK
Manufacturer _____

器具编号 503741-00397
No. of sample _____

检测结论 Conformity : ±0.05% F.S
Professional Judgement _____

检测
Tested by *沈理晨*
校验
Checked by *林洁*
报告批准人
Approved signatur *林洁*

检测日期 2016 年 03 月 31 日
Date of Test Year Month Day

检测数据/结果
Date/Result of Test

22.8°C 57.4%RH

Standard Value (bar)	Calibration Instruments (bar)	Standard Value (bar)	Calibration Instruments (bar)
UP		DOWN	
0	0.000	0	0.000
5	5.003	5	4.997
10	10.004	10	9.999
15	15.005	15	15.00
Standard Value (mA)	Calibration Instruments (mA)	Standard Value (V)	Calibration Instruments (V)
4	3.998	5	4.999
12	11.999	10	9.995
20	19.998	20	19.996

以下空白
BELOW EMPTY